Instrução de Uso IT-5.2.09

UCLA BASE CROMO

Revisão 6

ADVERTENCIAS

Os Componentes de Implantes Odontológicos da CONCEPT só deverão ser utilizados por profissionais devidamente habilitados, e apenas para o fim a que se destinam. Para obter informações sobre capacitação ou utilização dos produtos, contactar a CONCEPT através dos canais divulgados no rótulo do produto. Antes de utilizar os produtos, o profissional deve estudar cuidadosamente as recomendações, advertências e precauções indicadas. Para uma utilização segura e eficaz, qualquer combinação ou uso conjunto com outros produtos da CONCEPT deve ser feita de acordo com as normas e instruções de uso recomendadas.

A CONCEPT não se responsabilizará por problemas gerados caso os produtos sejam utilizados de forma incorreta, em desacordo com o recomendado e/ou utilização combinada a acessórios (parafusos) de terceiros, pois podem resultar no insucesso do procedimento, além de danos aos produtos. Instrumentais bem conservados não significam apenas a proteção ao paciente, profissionais e auxiliares, mas também é condição essencial para um tratamento de sucesso.

ATENÇÃO

USUÁRIO: Verifique sempre a correlação da versão desta instrução de uso com o produto adquirido.

Para a leitura deste documento é necessário um dispositivo com acesso à internet que possua software para visualizador de documentos em formato PDF.

A CONCEPT disponibiliza sem custos adicionais, inclusive de envio, as instruções de uso em formato impresso. Basta que o profissional entre em contato através do SAC (informado na rotulagem do produto) e solicite este documento.

Proibido **REPROCESSAMENTO**

ARMAZENAMENTO

Os Componentes de Implantes Odontológicos da CONCEPT devem ser armazenados em suas embalagens originais lacradas, em local seco e fresco. Evitar exposição das embalagens ao sol, intempéries, próximas a lâmpadas ou ambientes com temperaturas elevadas. Não é recomendado armazenar as embalagens em prateleiras altas ou locais propícios a quedas, batidas ou qualquer tipo de choque mecânico. Estes cuidados são importantes para manter a integridade dos produtos e legibilidade das informações dos rótulos durante o seu armazenamento. Não utilize produtos cujas embalagens estejam danificadas, descaracterizadas, violadas ou que tenham as informações dos rótulos como código, data de validade ou lote não legível. Após a abertura da embalagem armazenar o produto em local limpo e seco, isento de poeira e umidade, evitando exposição ao sol, intempéries, proximidade a lâmpadas ou ambientes com temperaturas elevadas.
Quando esterilizado, armazenar por no máximo 7 dias.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

- ✓ Componente utilizado na confecção de prótese para implantes odontológicos através do processo de fundição.

Para a realização da fundição dos componentes, devem ser seguidas as seguintes recomendações:
-Ajustar componentes se necessário, envolve-los com cera para escultura com espessura mínima de 0.6mm na área aplicada.
-Fixação dos componentes através de SPRUES com ângulo de 45º no centrotérmico do anel.
-O revestimento deve ser adicionado ao anel evitando o acumulo de ar noscomponentes.
-Temp. Máxima de aquecimento – 1000ºC, a CONCEPT não indica que seja feitoo aquecimento brusco do anel.
-A centrifugação deve ser configurada conforme especificações do fabricante domaterial de fundição.
-O anel deve ser resfriado naturalmente evitando o choque

térmico.
-Após atingir a temperatura ambiente, o revestimento deve ser retirado e oprocesso de fundição está completo.
Deve ser fixado no implante conforme tabela de torque abaixo:

Tabela de torque para fixação de componentes		
Adaptação	**Plataforma**	**Torque**
Hexágono Externo	Ø3.5 (Estreita)	20 N.cm
	Ø4.1 (Regular)	32 N.cm
	Ø5.0 (Larga)	
Hexágono Interno	Ø3.5 (Estreita)	20 N.cm
	Ø4.0 (Regular)	
	Ø5.0 (Larga)	
Interno triangular	Ø3.5 (Estreita)	
	Ø4.3 (Regular)	32 N.cm
	Ø5.0 - Ø5.5 (Larga)	
Cone Morse	Ø3.5 (Estreita)	20 N.cm
	Ø4.0 (Regular)	20 N.cm
	Ø4.5 (Larga)	25 N.cm
	Ø4.8 (Larga)	32 N.cm
Micro Unit – Estheticone – Pilar Exact – Pilar GT	Ø4.8	10 N.cm

DESCARTE

O profissional deve consultar e seguir a legislação vigente.

CONTRA INDICAÇÕES

A utilização destes componentes está contraindicada nos seguintes casos:

- ✓ Quando não é indicada a Reabilitação com implantes dentários;
- ✓ Utilização da Ucla com base em cromo em associação com implantes dentários que não especificados nesta instrução de uso;
- ✓ Quaisquer praticas utilizadas contrarias ao estabelecido nesta

Instrução de uso.

EFEITOS ADVERSOS

É extremamente importante a aplicação dos Componentes de Implante Odontológico da CONCEPT de acordo com as recomendações do fabricante. A não observação das reais necessidades do paciente bem como a não realização de exames necessários e um adequado planejamento do caso poderá levar ao insucesso da reabilitação e a exposição do paciente a injúrias desnecessárias tais como: lesões, infecções e reabsorções ósseas. Em caso de aspiração do produto o profissional deverá procurar e acompanhar o paciente a um atendimento de emergência médica imediatamente para que os devidos cuidados sejam tomados.

LIMPEZA – ESTERILIZAÇÃO

Os Componentes de Implante Odontológico da CONCEPT são fornecidos **em estado não estéril**, e devem ser limpos, desinfetados e esterilizados de forma cuidadosa e criteriosa antes do primeiro uso. Da mesma forma, devem ser submetidos a este processo logo após sua utilização:

* Limpeza: A limpeza dos produtos poderá ser realizada de forma manual ou por meio de ultrassom.

- Limpeza Manual: Com escovas de nylon e detergente neutro, esfregue completamente os produtos até que nenhum resíduo seja visível, e enxágueabundantemente em água corrente até remover todo o detergente.

- Limpeza com Ultrassom: Preencher a cuba ultrassônica com água destilada e detergente enzimático na proporção indicada pelo fabricante. Acondicionar os produtos em bandejas e estojos apropriados para lavagem em ultrassom. Programe o ciclo de lavagem por no mínimo 15 minutos. Finalizado o ciclo, enxágue abundantemente os produtos em água corrente, de preferência utilizando água destilada ou deionizada.A temperatura da água utilizada durante a limpezae o enxágue não deverá exceder a temperatura ambiente, ou no máximo 40 °C(104ºF). * Desinfecção: A desinfecção deverá ser realizada

pela submersão dos produtos em solução desinfetante, sendo detergente enzimático ou álcool 70%, durante o tempo e concentração recomendados pelo fabricante. Ao término do processo de desinfecção, enxaguar os produtos abundantemente em água corrente, de preferência utilizando água destilada ou deionizada.* Secagem: Após o enxágue da etapa de desinfecção, os produtos deverão ser secos com papéis absorventes, campos de algodão ou tecidos absorventes que não soltem fiapos. Articulações e reentrâncias devem ser secas por jatos de ar comprimido. Não recomendamos o uso de estufas para secagem os produtos. Não deixar secar naturalmente, pois a permanência de água sobre a superfície dos produtos poderá causar alteração de coloração ou oxidação do material. * Inspeção, Manutenção e Teste: Após a secagem dos produtos, inspecioná-los visualmente quanto á resíduos orgânicos, contaminantes ou pontos de oxidação. Se necessário, repetir os processos de Limpeza, Desinfecção e Secagem novamente. * Embalagem: Os produtos a serem esterilizados deverão ser devidamente embalados em envelopes de papel e plástico para esterilização em autoclave ou ainda em papel grau cirúrgico. É recomendado o uso de embalagens apropriadas para esterilização por Autoclave conforme a norma ISO 11607 ou EN 868. * Esterilização: Os produtosdeverão ser esterilizados sob a forma de calor úmido saturado (Autoclave) à temperatura de 121°C (249.8°F) durante 15 minutos ou ainda à temperatura de 132°C (269.6°F) durante 3 minutos com pressão de 1,7 a 1,8 Kgf/cm², de acordo com as recomendações da norma ISO 17665 (Esterilização de produtos para saúde - Vapor). A água utilizada no processo de esterilização deverá ser destilada. Não abrir a autoclave bruscamente depois de finalizada a esterilização para evitar o choque térmico e consequente condensação do vapor. Esperar o término do ciclo de secagem do equipamento e o resfriamento dos produtos antes do uso. Para garantia do processo de esterilização, o profissional deverá realizar testes para validação e controle de rotina do processo de esterilização por meio de indicadores físicos e

biológicos. * Armazenamento: Armazenar os produtos esterilizados e embalados em local limpo e seco, isento de poeira e umidade, evitando exposição ao sol, intempéries, proximidade a lâmpadas ou ambientes com temperaturas elevadas, por no máximo 7 dias.

TRANSPORTE

Durante o transporte, todas as condições de armazenamento, preservação e manipulação devem ser seguidas para impedir qualquer dano às embalagens. Devem-se evitar objetos pesados ou pontiagudos sobre as embalagens, além dos cuidados no manuseio para prevenir amassamentos, dobras ou quedas das embalagens.

VALIDADE / LOTE / RASTREABILIDADE

Os componentes da família UCLA BASE CROMO são fornecidos não estéreis e destinados a uso único. A validade está indicada no rótulo da embalagem e deve ser respeitada antes da utilização. A rastreabilidade do produto é garantida pelo número de lote indicado na rotulagem. O produto acompanha etiquetas destacáveis, recomendando-se que sejam registradas pelo profissional no prontuário do paciente ou documentação clínica, em conformidade com a legislação aplicável e a política de garantia da CONCEPT.

COMPATIBILIDADE DE IMPLANTES

O uso fora das compatibilidades descritas pode comprometer o desempenho do produto.Os componentes de implante odontológico são identificados conforme abaixo:

COMPONENTE UCLA	INFORMAÇÕES DO IMPLANTE ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL		
CÓDIGO	MODELO	FABRICANTE	NOME FANTASIA
UCMAR 3516AT	Implante Auto Rosqueavel 3.5 X 8.5 mm - Black Fix	AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA	Titanium Fix
UCMR 3516AT			
UCMAR 4520AT	Implante Auto Rosqueavel 5.0 X 15.0 mm - Black Fix		
UCMR 4520AT			
UCMR 35181B	Implante UN III Cone Morse AR 3.5mm x 11mm	IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA	Implacil De Bortoli
UCMR 35183B			
UCMAR 3516CN	Nobel Active NP: 3.5x11.5mm	NOBEL BIOCARE USA LLC / NOBEL BIOCARE AB	Nobel Biocare
UCMR 3516CN			
UCMAR 4320NO	Nobel Replace CC RP: 4.3x10mm		
UCMR 4320NO			
UCMAR 35181N	Implante Alvim CM 3.5x10mm	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.	Neodent
UCMAR 35183N			
UCMR 35181N			
UCMR 35183N			
UCMARZ 351803N			
UCMRZ 351803N			
UCMAR 3516PI	Implante – Grip Interno – CM – 3.3x10.0	EXOPRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	P-I Branemark
UCMR 3516PI			
UCMARNC 3516ST	Implante BL Ø 3.3mm NC, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim	INSTITUT STRAUMANN AG	Straumann
UCMRNC 3516ST			
UCMARRC 4016ST	Implante BL Ø 4.1mm RC, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim		
UCMRRC 4016ST			
UCMARRN 4820ST	Standard Plus Implant Ø3.3mm RN, SLA® 12mm		
UCMRRN 4820ST			
UCMAR 40161SS	Implante Cone Morse Ø3.8x10mm	SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.	Sin
UCMAR 40162SS			
UCMAR 40163SS			
UCMAR 40164SS			
UCMR 40161SS			
UCMR 40162SS			
UCMR 40163SS			
UCMR 40164SS			
UCMARGM 001608N	Implante Titamax GM 3.75x9mm	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.	Neodent
UCMARGM 00161N			
UCMARGM 00162N			
UCMARGM 00163N			
UCMARGM 00164N			
UCMARGM 00165N			

UCMRGM 001608N			

COMPONENTE UCLA	INFORMAÇÕES DO IMPLANTE ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL		
CÓDIGO	**MODELO**	**FABRICANTE**	**NOME FANTASIA**
UCMRGM 00161N			
UCMRGM 00162N			
UCMRGM 00163N			
UCMRGM 00164N			
UCMRGM 00165N			
UCMARGMZ 001608N			
UCMRGMZ 001608N			
UCEAR 4814	Pilar Cônico HE RD 2mm	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA - BRASIL	Dabi Atlante - Pross
UCER 4814			
UCMU 4814	MINI PILAR CONICO SF 4.1 ALT.2	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.	Neodent
UCEAR 4820N	Pilar GM Exact 4.8x0.8mm		
UCER 4820N			
UCEAR 3318NC	Parafuso Cortical Master Easy Porous SD 3.3x10	CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA	Conexão
UCER 3318NC			
UCEARZ 3318NC			
UCERZ 3318NC			
UCEAR 5025NC	Parafuso Cortical Master EASY-GRIP Porous RD 5,0x8,5		
UCER 5025NC			
UCEAR 3516BNO	Implante UNII Cônico HE 3.5mm x 13mm	IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLÓGI-CO LTDA	Implacil De Bortoli
UCER 3516BNO			
UCEARZ 3516BNO			
UCERZ 3516BNO			
UCEAR 5025NO	IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 15.0 MM - HEX. EXT	AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA	Titanium Fix
UCER 5025NO			
UCEAR 4120R UCER 4120R UCEARZ 4120R UCERZ 4120R	Implante Titamax Ti Cortical 4.0x11	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.	Neodent
	Implante Alvim Ti 4.3x10		
	Implante - HE - 4,0 x 10,0 n	EXOPRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	P-I Branemark
	IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 4.0 X 15.0 MM - HEX. EXT	AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA	Titanium Fix
	IMPLANTE OSSEOTITE FULL NT DE 4 X 8,5MM	BIOMET 3I, INC	Biomet 3i
UCEAR 3318SV	Implante sistema duo 3.8 x 15 mm	SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	Signo Vinces
UCEARZ 3318SV			
UCEAR 3420S3	MICROMINIMPLANTE OSSEOTITE DE 3,25 X 8,5MM	BIOMET 3I, INC	Biomet 3i
UCER 3420S3			
UCEARZ 3420S3			
UCERZ 3420S3			
UCEAR 5020S3	IMPLANTE OSSEOTITE DE 5 X 8,5MM		
UCER 5020S3			
UCEARZ 5020S3			
UCERZ 5020S3			
UCEAR 3517T	IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 15.0 MM -	AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS	
UCER 3517T			

UCEARZ 3517T	HEX. EXT	LTDA	Titanium Fix

COMPONENTE UCLA	INFORMAÇÕES DO IMPLANTE ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL		
CÓDIGO	MODELO	FABRICANTE	NOME FANTASIA
UCERZ 3517T			
UCEAR 3620R UCER 3620R	Implante Titamax Ti Cortical 4.0x11	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.	Neodent
	Implante Alvim Ti 4.3x10		
	Implante - HE - 4,0 x 10,0 n	EXOPRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	P-I Branemark
	IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 4.0 X 15.0 MM - HEX. EXT	AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA	Titanium Fix
	IMPLANTE OSSEOTITE FULL NT DE 4 X 8,5MM	BIOMET 3I, INC	Biomet 3i
UCEAR 3518B UCER 3518B UCEARZ 3518B UCERZ 3518B	IMPLANTE UNIII CÔNICO HE 3.5 X 10MM	IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA	Implacil De Bortoli
UCIAR 34163 UCIR 34163 UCIARZ 34163 UCIRZ 34163	MICROMINIMPLANTE OSSEOTITE FULL NT CERTAIN DE 3,25 X 11,5MM	BIOMET 3I, INC	Biomet 3i
UCIAR 40163 UCIR 40163 UCIARZ 40163 UCIRZ 40163	IMPLANTE OSSEOTITE FULL NT CERTAIN DE 4 X 11,5MM		
UCIAR 50163 UCIR 50163 UCIARZ 50163 UCIRZ 50163	IMPLANTE OSSEOTITE FULL NT CERTAIN DE 5 X 15MM		
UCIAR 3318B UCIR 3318B UCIARZ 3318B UCIRZ 3318B	Implante UN II Cônico HI 3.5mm x 11mm	IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA	Implacil De Bortoli
UCIAR 4020INB UCIR 4020INB UCIARZ 4020INB UCIRZ 4020INB	Implante UN II Cônico HI 4.0mm x 9mm		
UCIAR 5020B UCIR 5020B UCIARZ 5020B UCIRZ 5020B	Implante UN II Cônico HI 5.0mm x 10mm		
UCIAR 4018C UCIR 4018C UCIARZ 4018C UCIRZ 4018C	Parafuso Cortical de Titânio Master Conect AR 4,0 x 10	CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA	Conexão
UCIAR 4318IMC UCIR 4318IMC UCIARZ 4318IMC UCIRZ 4318IMC	Parafuso Cortical de Titânio Master Conect Conico 4,3 x 11,5		
UCIAR 5018IMC	Parafuso Cortical de Titânio Master		

UCIR 5018IMC	Conect AR 5,0 x 10,0		

COMPONENTE UCLA	INFORMAÇÕES DO IMPLANTE ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL		
CÓDIGO	**MODELO**	**FABRICANTE**	**NOME FANTASIA**
UCIARZ 5018IMC			
UCIRZ 5018IMC			
UCIAR 3220D	IMPLANTE HI SWITCH 3,75X10	DENTOFLEX COM E IND DE MAT ODONTOLOGICOS LTDA.	Dentoflex
UCIR 3220D			
UCIARZ 3220D			
UCIRZ 3220D			
UCIAR 3720D			
UCIR 3720D			
UCIARZ 3720D			
UCIRZ 3720D			
UCIAR 4220D	IMP. OC HI SWITCH 4,25 X 8,5 SEM MONTADOR		
UCIR 4220D			
UCIARZ 4220D			
UCIRZ 4220D			
UCIAR 3320E	IMPLANTES DENTÁRIOS OSSEOINTEGRÁVEIS HEXÁGONO INTERNO COLOSSO ECI EVOLUTION 3,3x11,5mm	EMFILS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Emfils
UCIR 3320E			
UCIARZ 3320E			
UCIR 3320E			
UCIAR 4020E	IMPLANTES DENTÁRIOS OSSEOINTEGRÁVEIS HEXÁGONO INTERNO COLOSSO ECI EVOLUTION 4,0x13mm		
UCIR 4020E			
UCIARZ 4020E			
UCIR 4020E			
UCIAR 5020E	IMPLANTES DENTÁRIOS OSSEOINTEGRÁVEIS HEXÁGONO INTERNO COLOSSO ECI EVOLUTION 5,0x10,0mm		
UCIR 5020E			
UCIARZ 5020E			
UCIRZ 5020E			
UCIAR 3816N	Implante Titamax II Plus 3.75x13	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.	Neodent
UCIR 3816N			
UCIARZ 3816N			
UCIRZ 3816N			
UCIAR 4316N			
UCIR 4316N			
UCIARZ 4316N			
UCIRZ 4316N			
UCIAR 5016N	Implante Alvim Ti 5.0x16		
UCIR 5016N			
UCIARZ 5016N			
UCIRZ 5016N			
UCIAR 3516PI	Implante AMP – 3.3 x 11.5 M+N	EXOPRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	P-I Branemark
UCIR 3516PI			
UCIARZ 3516PI			
UCIRZ 3516PI			
UCIAR 4316PI	Implante AMP – 4.0 x 7.0 M+N		
UCIR 4316PI			
UCIARZ 4316PI			
UCIRZ 4316PI			
UCIAR 4018PR	Pross Cilíndrico HI SAT 4.0 x 11.5mm	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA - BRASIL	Dabi Atlante – Pross
UCIR 4018PR			
UCIARZ 4018PR			
UCIRZ 4018PR			
UCIAR 4020SE	TRIPLUS Ø3,5 X 8MM	IMPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	Serson
UCIR 4020SE			

COMPONENTE UCLA	INFORMAÇÕES DO IMPLANTE ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL		
CÓDIGO	MODELO	FABRICANTE	NOME FANTASIA
UCIARZ 4020SE		MÉDICOS E ODONTOLÓ-GICOS LTDA EPP	
UCIRZ 4020SE			
UCIAR 3816S	PAR. IMP. SUP. TRA. HEX. INT. Ø3,8 X 11,5mm	SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.	Sin
UCIR 3816S			
UCIARZ 3816S			
UCIRZ 3816S			
UCIAR 4516S	PAR. IMP. SUP. TRA. HEX. INT. Ø4,5 X 10mm		
UCIR 4516S			
UCIARZ 4516S			
UCIRZ 4516S			
UCIAR 3818IMS	PAR. IMP. CONICO SUP. TRA. Ø3.8 x 10mm		
UCIR 3818IMS			
UCIARZ 3818IMS			
UCIRZ 3818IMS			
UCIAR 4518S	PAR. IMP. CONICO SUP. TRA. Ø4,5 x 8,5mm		
UCIR 4518S			
UCIARZ 4518S			
UCIRZ 4518S			
UCIAR 4018IN	Implante Conus Summalis 4,0 x 10,0	Sistema de Implantes Nacionais e de Próteses Comércio Ltda.	INP Biomedical
UCIR 4018IN			
UCIARZ 4018IN			
UCIRZ 4018IN			
UCIAR 4118T	IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 3.75 X 13.0 MM - HEX. INT	AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA	Titanium Fix
UCIR 4118T			
UCIARZ 4118T			
UCIRZ 4118T			
UCIAR 3518RE	Replace Select Tapered TiU NP 3.5x10mm	NOBEL BIOCARE USA LLC / NOBEL BIOCARE AB	Nobel Biocare
UCIR 3518RE			
UCIARZ 3518RE			
UCIRZ 3518RE			
UCIAR 4320RE	NOBELREPLACE Tapered Groovy RP: 4,3x10mm		
UCIR 4320RE			
UCIARZ 4320RE			
UCIRZ 4320RE			
UCIAR 5020RE	Replace Select Tapered PMC WP 5x11.5mm		
UCIR 5020RE			
UCIARZ 5020RE			
UCIRZ 5020RE			
UCPIAR 4820GT UCPIR 4820GT	PiilarCMØ4.8x1.5MM	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAISDENTÁRIOS S.A.	Neodent
UCMAR 3518Bh	Implante UN III Cone Morse AR 3.5mm x 11mm	IMPLACIL DE BORTOLI MATERIAL ODONTOLÓGI- CO LTDA	Implacil De Bortoli

LEGENDA DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NA EMBALAGEM

Item	Símbolos utilizados
Código do produto	
Quantidade	
Número de lote	
Data fabricação	
Método de Esterilização – Produto não estéril	
Não utilizar se a embalagem estiver danificada	
Armazenar em lugar fresco, seco e livre da luz solar	
Consultar instruções de uso	
Manter seco	
Não reutilizar	
Prazo de validade	

Razão Social do Fabricante Legal e do Detentor do Registro:
CONCEPT USINAGENS ESPECIAIS LTDA. – ME
CNPJ:125202580001-06

Endereço do Fabricante Legal e do Detentor do Registro:
Av. Visconde de Indaiatuba, 1670 –Vila Vitoria I –
Indaiatuba-SP -CEP 13.338-010

Responsável Técnico:
Ronaldo Tadeu Gabriel -CREA-SP: 5070176037